



À Empresa Santa Catarina Utilitários Ltda.

Assunto: **Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Edital nº 001/2026**

Prezados Senhores,

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá/MG, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, prestar resposta ao pedido de esclarecimento apresentado por essa empresa, referente ao Processo Licitatório – Edital nº 001/2026, cujo objeto é a Aquisição de Ambulâncias UTI Tipo D e Ambulâncias de Simples Remoção para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiá/MG.

O questionamento apresentado refere-se à especificação técnica do **Item 1 – Ambulância UTI Tipo D**, especificamente quanto à dimensão do entre-eixos, descrita no edital como 4.700 mm, sob a alegação de que tal medida não corresponderia aos veículos disponíveis no mercado.

Após análise técnica da demanda, esclarecemos que o questionamento faz sentido e que o descritivo está de fato errado. Contudo, com o objetivo de conferir maior clareza ao descritivo técnico e evitar interpretações divergentes que possam comprometer a ampla competitividade do certame, a Administração entendeu ser conveniente proceder à retificação do edital.

Dessa forma, no descritivo do Item 1, onde se lê:

“Entre-eixos mínimo de 4.700 mm”

Passa a constar:

“Comprimento total mínimo de 5.500 mm”

Ressalta-se que, em razão das alterações promovidas no descritivo técnico, não se faz necessária a realização de nova cotação de preços, uma vez que as cotações já obtidas permanecem compatíveis e atendem integralmente ao novo descritivo estabelecido

A referida alteração será devidamente formalizada por meio de **retificação do Edital nº 001/2026**, a ser publicada nos meios oficiais, observando-se os princípios da legalidade, publicidade, isonomia e competitividade.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Ibiá/MG, 16 de janeiro de 2026

Aline Maria de Freitas Caixeta
Secretaria Municipal de Saúde
Município de Ibiá/MG